

# 仕様書

上田市上下水道局浄水管理センターで使用する薬品庫として、下記仕様のものまたは同等品以上のものを1台納入すること。

参考品番	(株) 新光化成 EY-600B (EY-600 下段)
仕様	別紙の特記仕様書のとおり
納入場所	上田市上下水道局染屋浄水場 水質検査室
納入期限	令和7年7月18日(金)まで
問い合わせ先	〒386-0005 上田市古里 2250 上下水道局 浄水管理センター 担当：伊東 TEL 0268-22-0658

# 特記仕様書

## 1 品名

薬品保管庫

## 2 仕様等・規格

### 【規格】

外形寸法	W600×D450×H900
材質	アクリル変性塩ビ
棚構成	上部引き出し（2連）、下部棚（観音開き扉付き）
棚板	2枚
棚耐荷重	10kg/枚 以上
特記事項	部材は耐薬品性（耐酸性）・耐衝撃性に優れること。 かつ、扉は錠付きであること。

## 3 その他

（1）搬入に際して、既存品の撤去・処分も含むこと。

既設品 耐酸薬品庫（W900×D450×H1200、スチール製）