

血液分析装置仕様書

○件名：血液分析装置購入 1 台

血液分析装置については以下の要件を満たすこと。

○本体概要及び形状について

- ・ HbA1c、CRP、hsCRP（高感度 CRP）、CysC（シスタチン C）の 4 項目が測定可能であること。
- ・ 装置本体の寸法は幅 25 cm 以内、高さ 21 cm 以内、奥行 38 cm 以内の装置であること。
- ・ 検査装置で測定した検査結果は、紙媒体で出力できること。

○ディスプレイ及び操作性について

- ・ 本体内蔵のカラーディスプレイを有した装置であること。
- ・ タッチパネルでの操作が可能な操作性の高い装置であること。
- ・ カラーディスプレイには検体検査の測定結果数値を表示できること。

○装置性能などについて

- ・ 測定時間（測定開始から結果表示まで）は 1 検体当たり HbA1c が約 5 分 10 秒以内、CRP が約 6 分 20 秒以内、hsCRP が約 7 分 20 秒以内、CysC が約 7 分 50 秒以内であること。
- ・ 測定時の検体吸引量は HbA1c が約 4 μ L、CRP が約 4.4 μ L、hsCRP が約 9.5 μ L、CysC が約 6 μ L で測定可能であること。
- ・ ユーザーが実施可能な日常点検の機能を有すること。
- ・ オプションでバーコードリーダーが使用可能で、バーコード運用が可能であること。

○その他

- ・ 既存の前機種を取り外し、撤去処分に要する費用も含める。

※納入期限 令和 8 年 10 月 15 日（木）（早期納入希望）

※フクダ電子 遠心方式血液分析装置 ユミゼン Banalyst M120 と同等の仕様を有する物
同等仕様は、担当課に事前確認をすること

担当課 上田市武石診療所 担当：高野 TEL0268-85-3308 Fax0268-85-2090